


FICHE TECHNIQUE

Ext Liftfix

OUT IN - GENOU

SYSTÈME RÉGLABLE DE FIXATION CORTICALE
POUR LA RECONSTRUCTION DU LCA

Produit livré dans un double emballage et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène.
Ne pas restériliser.



Descriptif du produit

Le dispositif est composé de :
- 1 bouton en titane (12 x 4 mm TA6V ELI),
- 1 boucle ajustable en UHMWPE (longueur max. 60 mm/longueur min. 10 mm),
- 2 fils de tractions (1 bleu/blanc et 1 blanc),
- 1 surplatine Jumbo additionnelle en titane (TA6V ELI) pour une plus grande surface de contact avec l'os cortical.

Approche chirurgicale

- Compatible avec les techniques chirurgicales standards utilisées pour la reconstruction du LCA avec fixation corticale.




Platine :
Longueur : 12 mm
Largeur : 4 mm
Épaisseur : 1,3 mm
Méchage : 4,5 mm




Surplatine Jumbo (optionnelle) :
Longueur : 20 mm
Largeur : 5,5 mm
Épaisseur : 2,6 mm
Méchage supérieur ou égal à 5 mm

GROUPE FH ORTHO


Mise en place au préalable de la surplatine Jumbo (option 1)







Retirer les fils de traction de la platine et les repositionner sur la surplatine afin de permettre sa mise en place.







Mise en place de la surplatine Jumbo avant serrage de l'implant (option 2)















Réf.	Désignation
TM00140100	EXT LIFTFIX BUTTON TI
TM00130100	JUMBO BUTTON TI

202309 - © FHO cont - ft_liftfix_fr_MKG00293_3

GROUPE FH ORTHO™

DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
info@fhortho.com
www.fhortho.com

USA, FH ORTHOPEDICS INC.
OrthoEx
7327 E Tierra Buena Lane
Scottsdale, Arizona 85260 - USA
Phone: +1 (412) 965-0950
customerservice@fhortho-us.com
www.fhortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Phone: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fhortho.com

Fabricant :
Tulpar Medical solutions
CE 2292